

PROVA INTERLABORATORIO



"IDROCARBURI IN MATRICI AMBIENTALI"

4° CICLO

(IDRO-4)

Anno 2013

RAPPORTO DI PROVA VALUTATIVA INTERLABORATORIO

<p>Coordinatore</p> <p>Dott. Carlo Corno</p> 	<p>Responsabile Sezione</p> <p>Dott. Giovanni Perego</p> 
--	---

PROVA		IDRO 4			
MATERIALE		SS-2-13			
PARAMETRO DI PROVA		Fraz idrocarb C12-C40			
UNITA' DI MISURA		mg/kg			
Parametri	Valori	Codice	x_i	z-score	Segnale
Laboratori iscritti	256	0815	850	-1,56	-
Laboratori partecipanti	183	0816	1075	-1,09	-
Media robusta (x^*)	1473,9	0818	1210	-0,81	-
Scarto tipo robusto (s^*)	558,8	0819	1342	-0,54	-
Coeff. di variaz robusto (CV*%)	37,9	0820			
Coeff. di variaz assegnato (CV _a %)	30,0	0823	1039	-1,17	-
Valore assegnato (X_a)	1601,0	0826	991	-1,27	-
Scarto tipo assegnato (s_a)	480,3	0828			
Incertezza del valore assegnato (u_{X_a})	55,0	0830			
$u_{x_i}^2/s_a^2$	0,013	0838	1917	0,66	-
N° dati per calcolo X_a ⁽¹⁾	22	0844			
Sc. tipo dati per calcolo X_a	258,1	0846	1300	-0,63	-
Coeff. di variaz. dati per calcolo X_a	16,1	0847	1780	0,37	-
N°A (segnali di intervento)	8	0848	770	-1,73	-
N°W (segnali di attenzione)	12	0850			
		0852	853	-1,56	-
⁽¹⁾ N° lab. esperti (o N° lab. partecip.)		0854			
		0856	2360	1,58	-
		0859			
		0863	995	-1,26	-
		0868			
		0879	858	-1,55	-
		0883			
		0895	1140	-0,96	-
		0900	1118	-1,01	-
		0904	726	-1,82	-
		0917			
		0921	1573	-0,06	-
		0924	1698	0,20	-
		0932			
		0944			
		0959			
		0961			
		0965			
		0968	1791	0,39	-
		0969	1652	0,11	-
		0970	1603	0,00	-
		0978	1977	0,78	-
		0979	2400	1,66	-
		0980	913	-1,43	-
		0991	6675	10,56	A
		0993			
		0995	1950	0,73	-
		0997			
		0998			
		1000	653	-1,97	-
		1002	1881	0,58	-
		1003	1433	-0,35	-
		1004			
		1013	2075	0,99	-