

**PROVA INTERLABORATORIO**  
**“IDROCARBURI IN MATRICI AMBIENTALI”****7° CICLO****(IDRO-7)****Anno 2015****RAPPORTO DI PROVA  
VALUTATIVA  
INTERLABORATORIO**

Coordinatore Dott. Maurizio Bettinelli 	Responsabile Sezione Dott. Giovanni Perego 
--	---

PROVA		IDRO			
MATERIALE		SU-2-15			
PARAMETRO DI PROVA		Fraz idrocarb C12-C40			
UNITA' DI MISURA		mg/kg			
Parametri	Valori	Codice	$x_i$	z-score	Segnale
Laboratori iscritti	289	0809			
Laboratori partecipanti	205	0812	112	-0,11	-
Media robusta ( $x^*$ )	157,5	0815	250	3,88	A
Scarto tipo robusto ( $s^*$ )	66,6	0816	115	-0,03	-
Coeff. di variaz robusto ( $CV^{* \%}$ )	42,3	0819	86	-0,84	-
Coeff. di variaz assegnato ( $CV_a \%$ )	30,0	0820			
Valore assegnato ( $X_a$ )	115,6	0823	100	-0,45	-
Scarto tipo assegnato ( $s_a$ )	34,7	0824	115	-0,02	-
Incertezza del valore assegnato ( $u_{X_a}$ )	3,9	0826	112	-0,10	-
$u_{X_a}^2/s_a^2$	0,013	0830	127	0,31	-
N° dati per calcolo $X_a^{(*)}$	33	0836	826	20,48	A
Sc. tipo dati per calcolo $X_a$	22,6	0838	230	3,30	A
Coeff. di variaz. dati per calcolo $X_a$	19,6	0844			
N° A (segnali di intervento)	39	0846	151	1,02	-
N° W (segnali di attenzione)	32	0847	106	-0,28	-
		0848	74	-1,20	-
( <sup>1</sup> ) N° lab. esperti (o N° lab. partecip.)		0852	143	0,78	-
		0856	122	0,19	-
		0859			
		0863	129	0,38	-
		0866	127	0,33	-
		0868	62	-1,54	-
		0872			
		0883			
		0895			
		0900	255	4,03	A
		0904	106	-0,28	-
		0921	205	2,57	W
		0925	230	3,30	A
		0932			
		0959			
		0961			
		0965	181	1,88	-
		0968			
		0969	230	3,30	A
		0970	106	-0,28	-
		0974			
		0978	157	1,19	-
		0979	840	20,89	A
		0980	70	-1,31	-
		0991			
		0993	225	3,16	A
		0995			
		0997			
		0998			
		0999			
		1000			
		1003	52	-1,84	-
		1004			
		1012			